

Helium 6.0 v tlakový lahvích a svazcích TL

Parametry
He \geq 99,9999 %
N ₂ \leq 0,5 ppm
O ₂ \leq 0,5 ppm
H ₂ O \leq 0,5 ppm
C _m H _n \leq 0,1 ppm
CO ₂ +CO \leq 0,1 ppm

Za Messer Technogas s.r.o.: Ing. Juraj Šaling

referent řízení jakosti